

**Шпатель для растяжки мазков крови
ПАСПОРТ № 02/19**

1 Назначение

Шпатель предназначен для изготовления мазков крови на предметных стеклах.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры (мм):

- длина-76;
 - ширина рабочих концов 26 и 22;
 - толщина-1;
- Вес-0,6г.

3. Устройство и принцип работы

Шпатель изготовлен из полупрозрачного механически прочного полистирола.

Шпатель имеет два рабочих конца, один из которых равен ширине стандартного предметного стекла, другой (со срезанными углами) на 4 мм уже его.

Рабочие части шпателя имеют специальную микрофибровую поверхность обеспечивающую высокое качество монослойного мазка крови.

Форма шпателя удобна для работы и не имеет травмирующих поверхностей.

При работе со шпателем, растягивая мазок, избегать чрезмерного давления т.к. это может привести к потере контакта с предметным стеклом микрофибровой поверхности рабочих концов.

4. Условия эксплуатации

Шпатель предназначен для однократного использования. При многократном использовании микрофибровая поверхность постепенно истирается и качество мазка ухудшается.

Не допускается использование одного шпателя для приготовления мазков крови от разных пациентов без его обработки.

Шпатель может подвергаться обработке детергентам и стандартным дезинфицирующими средствами. Термической стерилизации не подлежит.

5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 25871-83.

Шпатели хранятся в упаковке предприятия – изготовителя в сухом помещении при температуре -10°С.....+50 °С, в течение всего срока годности.

6. Срок годности не ограничен

Серия № P4920018

Дата выдачи паспорта: 20.03.2019 г.

Специалист по техническому
контролю качества продукции: Крюков Д.А.



ОТК