



Дистрибьютор в РФ и странах СНГ: ООО «МиниМед», Россия

Регистрационное удостоверение  
№ ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Код ОКП 946460

### Технические данные

## Пробирка полимерная с наполнителями (зондом и транспортной средой CARY BLAIR)

- Код производителя** GT207-502-10. **ООО «МИНИМЕД»**
- Область применения** **ПЕРЕВОД ВЕРЕН**  
Предназначен для взятия образцов биологического материала, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение для проведения профессиональных лабораторных анализов.
- Используемый материал**

№	Компонент	Материал
1	Пробирка	ПП (полипропилен)
2	Пробка	ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)
3	Зонд (с наконечником)	Полипропилен+вискоза
4	Индивидуальная упаковка (блистер)	Ламинированная бумага + полиэтилен
5	Промежуточная упаковка	ПЭ (полиэтиленовый пакет)
6	Транспортная упаковка	Гофрированный картон + эстампная бумага

### Состав транспортной среды Cary Blair

Натрия тиогликолят	1,5 г	Бактериальный агар	5 г
Натрия фосфат, 2-замещенный	1,1 г	Вода дистиллированная	1 л
Натрия хлорид	5,0 г	рН 8,4 ± 0,1	
Кальция хлорид	0,09 г		

В пробирке содержится 3-5 мл транспортной среды.

#### 4. Размеры

Артикул	Код производителя	Транспортная среда	Размеры пробирки	Размеры зонда (без крышки)	Ø наконечника
18000741	GT207-502-10	Cary Blair	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм

#### 5. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

#### 6. Условия хранения

Хранить в сухом месте при температурах от +5 до +25 °С, не допускать замораживания!

#### 7. Срок годности

2 года.

#### 8. Метод стерилизации

Стерилизация гамма излучением.