

**Паспорт**  
**Пробка стеклянная**  
**ГОСТ 1770-74**

**1. Назначение**

Предназначена для укупоривания различной лабораторной посуды: склянок, колб, цилиндров, пробирок.

**2. Основные технические характеристики**

| Обозначение конуса пробок по ГОСТ 8682 | Высота, мм |
|--|------------|
| 7/16                                   | 36 ± 2,0   |
| 10/19                                  | 35 ± 3,0   |
| 14/23                                  | 41 ± 3,0   |
| 19/26                                  | 50 ± 3,0   |
| 29/32                                  | 65 ± 3,0   |

Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (\_\_\_\_\_).

**3. Упаковывание, транспортирование и хранение**

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

**4. Требования безопасности**

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

**5. Сведения об утилизации**

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

**6. Гарантии изготовителя**

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие пробки стеклянной требованиям ГОСТ 1770-74 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**7. Свидетельство о приемке**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.