

### Технический паспорт

#### Чашка Петри квадратная 120\*120, стерильная, п/с

Код изделия производителя: **1120**

Артикул поставщика: **11000214**

#### Описание

Чашки Петри квадратные 120×120 мм для проведения антибиотикограммы. Каждая чашка позволяет провести исследование 16 антибиотиков. Изготовлена из полистирола с высокими оптическими свойствами. Стерильная, с тройными вентиляционными опорами.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 DTD 08/09/2000.*

#### Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно
Материал	Полистирол
Температурный диапазон	От -10°C до +70°C
Срок годности	5 лет
Внутренние размеры, мм	120×120
Высота основания, мм	14,70
Внешний размер крышки, мм	126×126
Высота крышки, мм	9,20
Вес, г	49,13
Все размеры имеют погрешность в пределах ±0,5 мм	

ООО «МИНИМЕД»  
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

#### Назначение

Чашки Петри, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для заполнения питательной средой с целью идентификации бактерий и выполнения лабораторных анализов. Только для профессионального использования.

*Национальная классификация медицинских изделий - W0503030101 (Чашки Петри).*


#### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

#### Упаковка

Количество (шт.):	240	Внутренняя упаковка (шт.):	10	Минимальное реализуемое количество
Габаритный размер коробки (см):	44×55×37	Вес (кг):	10,25	Объем (м <sup>3</sup> ): 0,090

#### Символы на упаковке




Дата производства



Дата истечения срока годности




Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие



Стерилизация ионизирующим излучением