



Система менеджмента качества, действующая на заводе, соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016)



ПАСПОРТ № 4
НА ПЕРЧАТКИ
АНАТОМИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ «АЗРИ»
ТУ 2514-066-00149498-98



Регистрационное удостоверение РФ № ФСР 2008/03493
от 21 августа 2015 г.

Дата изготовления 21.08.2021 Партия № 9 Номер перчаток 9

Наименование показателя	Требования ТУ 2514-066- 00149498-98	Результаты испытаний
Усилие при разрыве, Н	Не менее 10	20
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 800	900
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %	Не более 10	10
Сопротивление раздиру, кН/м (кг/см)	Не менее 40	47
Стойкость к проколу, Н	Не менее 2,5	30 - 3,1
Слипаемость, Н/м	Не более 1,5	0
Размеры перчаток		Соответствуют требованиям ТУ 2514-066-00149498-98

Заключение ОТК: перчатки анатомические латексные «АЗРИ» соответствуют требованиям ТУ 2514-066-00149498-98

Гарантийный срок годности перчаток – пять лет с даты изготовления.

Качество перчаток анатомических латексных «АЗРИ» подтверждено сертификатом соответствия № РОСС RU.АЯ46.Н70748, срок действия с 16.05.2019 г. по 15.05.2022 г.

Качество перчаток обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016). Сертификат соответствия № РОСС RU. ИСМ001.К01833, срок действия с 12.03.2019 г до 12.03.2022 г.

Контролер ОТК [подпись]

Начальник ОТК [подпись]

