

Паспорт

Посуда мерная лабораторная для клинических исследований стеклянная по ТУ 9464-013-52876351-2014

Пипетки с одной меткой (Мора)

1. Назначение

Предназначены для отмеривания необходимого объема жидкости в общелабораторной практике.

2. Основные технические характеристики

Исполнение	Класс точности	Вместимость, мл	Допустимая погрешность, мл	Время слива воды, с
2	2	1,0	± 0,015	от 5 до 20
		2,0	± 0,02	от 5 до 25
		5,0	± 0,03	от 7 до 30
		10,0	± 0,04	от 8 до 40
		10,77	± 0,04	от 10 до 40
		20,0	± 0,06	от 9 до 50
		25,0	± 0,06	от 10 до 50
		50,0	± 0,1	от 13 до 60
		100,0	± 0,15	от 25 до 60

1. Пипетки изготовлены по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 29169-91.
2. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (_____).
3. Исполнение 2 – с расширением.
4. Буква «О» в маркировке указывает на то, что пипетка предназначена для слива соответствующей номинальной вместимости.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМедПром», 242600, Россия, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5.

Изготовитель гарантирует соответствие пипеток с одной меткой (Мора) требованиям ТУ 9464-013-52876351-2014 и ГОСТ 29169-91 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.