

Паспорт

СТЕКЛА ДЛЯ МИКРОПРЕПАРАТОВ ПО ТУ 9464-012-52876859-2014

Стекла матовые для замешивания (стоматологические)

1. Назначение

Предназначены для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.п.

2. Основные технические характеристики

1. Размер, мм - $(70 \pm 1,0) \times (95 \pm 1,0) \times (4 \pm 0,2)$.
2. Исполнения: без лунок, с 1-й лункой, с 2-мя лунками, с 3-мя лунками.
3. Изготовлены из прозрачного бесцветного силикатного стекла.
4. Шлифованные края. Стекла имеют гладкую поверхность с одной стороны и матовую – с другой.
5. Стекла химически устойчивы к действию соляной кислоты и дистиллированной воды.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Стекла для замешивания завернуты в бумагу по 10 штук. Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировании. Транспортная упаковка имеет надпись: «Хрупкое. Осторожно». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Утилизация стекол должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.1.7.2790, класс опасности Б.

6. Гарантии производителя

Производитель: ООО «МиниЛаб», Россия, 242600, Брянская область, г.Дятьково, ул.Ленина, д. 182, корп. 1.
Уполномоченный представитель производителя: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.