

Паспорт

Ёмкость стеклянная ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначены для окраски препаратов на предметных стеклах в научно-исследовательских лабораториях.

2. Основные технические характеристики

1. Ёмкость стеклянная изготовлена по ТУ 4320-012-29508133-2009.
2. Внутренний размер основания, мм - $85 \times 80 \pm 1$.
3. Глубина ёмкости, мм - $40 \pm 1,0$.
4. Высота, мм - $55 \pm 1,0$.
5. Ёмкость предназначена под штатив-размеру ДИС-20 (для 20 стёкол).
6. Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.

3. Упакывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантия изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супоньево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие ёмкости стеклянной требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.