

Паспорт

Посуда мерная лабораторная для клинических исследований стеклянная по ТУ 9464-013-52876351-2014

Мензурки

1. Назначение

Предназначены для отмеривания жидкостей, а также разбавления растворов, растворения химических веществ в заданном объеме в лабораторных процедурах.

2. Основные технические характеристики

Вместимость, мл	Цена наименьшего деления, мл	Объем, соответствующий нижней отметке, мл, не более	Пределы допустимой абсолютной погрешности, мл	Габаритные размеры, мм	
				Высота	Диаметр дна
50	5	5	± 2,5	80 ± 5,0	32 ± 2,0
100	10	10	± 5,0	100 ± 5,0	38 ± 2,0
250	25	25	± 5,0	120 ± 5,0	55 ± 2,0
500	25	50	± 12,5	150 ± 10,0	70 ± 3,0
1000	50	100	± 25,0	170 ± 10,0	90 ± 3,0

1. Мензурки изготовлены по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
2. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 (_____).
3. Класс точности 2.
4. Буква «О» в маркировке обозначает «отливные», вымеряемые «по отливу».

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМедПром», 242600, Россия, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5.

Изготовитель гарантирует соответствие мензурок требованиям ТУ 9464-013-52876351-2014 и ГОСТ 1770-74 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.