



Система менеджмента качества, действующая на заводе, соответствует требованиям
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
 ГОСТ ИСО 13485-2017 (ISO 13485:2016)



ПАСПОРТ № 7



НА ПЕРЧАТКИ АНАТОМИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ «АЗРИ»
 ТУ 2514-066-00149498-98

- Регистрационное удостоверение РФ № ФСР 2008/03493 от 21 августа 2015 г.
- Регистрационное удостоверение Республики Беларусь № ИМ-7.92580/1608 от 01.04.2014 г. до 01.04.2019 г.
- Регистрационное удостоверение Республики Казахстан РК-ИМН-5№013768 от 03.11.2014 г. до 03.11.2019 г.

Дата изготовления Июль 2020 Партия № 79 Номер перчаток 7

Наименование показателя	Требования ТУ 2514-066-00149498-98	Результаты испытаний
Усилие при разрыве, Н	Не менее 10	18-22
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 800	800
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %	Не более 10	10
Сопротивление раздиру, кН/м (кгс/см)	Не менее 40	41
Стойкость к проколу, Н	Не менее 2,5	2,7 - 5,0
Слипсаемость, Н/м	Не более 1,5	0
Размеры перчаток		Соответствуют требованиям ТУ 2514-066-00149498-98

Заключение ОТК: перчатки анатомические латексные «АЗРИ» соответствуют требованиям ТУ 2514-066-00149498-98

Гарантийный срок годности перчаток – пять лет с даты изготовления.

Качество перчаток подтверждено сертификатом соответствия № РОСС Качество перчаток анатомических латексных обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствуют требованиям ГОСТ ИСО 13485-2017 (ISO 13485:2016). Регистрационный № РОСС RU. ИСМ001.К01833, срок действия с 12.03.2019 г до 12.03.2022 г. RU.АЯ46.Н70748, срок действия с 16.05.2019 г по 15.05.2022 г.

Контролер ОТК

Е.И.И.

Начальник ОТК



И.И.