

## Паспорт

### СТЕКЛА ДЛЯ МИКРОПРЕПАРАТОВ ПО ТУ 9464-012-52876859-2014

#### *Стекла предметные с окошками*

#### 1. Назначение

Предназначены для микроскопирования препаратов методом флуоресцентного анализа.

#### 2. Основные технические характеристики

Наименование	Размер, мм	Края	Количество окошек	Ø окошек, мм
СПО-3	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (2\pm 0,2)$	Шлифованные	3	9±0,5
СПО-6	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (2\pm 0,2)$	Шлифованные	6	7±0,5
СПО-8	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (2\pm 0,2)$	Шлифованные	8	6±0,5

1. Изготовлены из прозрачного бесцветного силикатного стекла.
2. Стекла имеют белую полосу для записи информации о проведенном анализе. Длина полосы – 20 мм.
3. Стекла химически устойчивы к действию соляной кислоты и дистиллированной воды.

#### 3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Стекла предметные с окошками упакованы по 50 штук. Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Хрупкое. Осторожно». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

#### 4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

#### 5. Сведения об утилизации

Утилизация стекол должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.1.7.2790, класс опасности Б.

#### 6. Гарантии производителя

Производитель: ООО «МиниЛаб», Россия, 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 1.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

#### 7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.