

Технический паспорт
Палочка лабораторная для перемешивания

Код изделия производителя: **5300**

Артикул поставщика: **12008301**

Описание

Палочка лабораторная для перемешивания. Изготовлена из полистирола. Один конец палочки - закругленной формы, а другой - шпательевидная форма. Не содержат латекса.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал	Полистирол
Температурный диапазон	от -10°C до +70°C
Диаметр	3,0 мм
Длина	120 мм
Вес	0,7 гр.
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Палочка лабораторная для перемешивания используется, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначена для перемешивания биологического материала при проведении профессиональных лабораторных анализов. *Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W05039099 (Изделия для анализа проб– Другие).*

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество в коробке (шт.): 5000

Внутренняя упаковка (шт.): 500

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 29 × 17,2 × 17

Вес (кг): 3,50

Объем (м³): 0,009


Символы на упаковке



Дата производства



Дата истечения срока годности



Номер серии



Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам