

**Паспорт**  
**Стаканы и колбы стеклянные лабораторные по ТУ 9464-019-29508133-2015**

**Колбы круглодонные с 2-мя горловинами**

**1. Назначение**

Предназначены для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.

**2. Основные технические характеристики**

Наименование	Вместимость, мл	Диаметр колбы, мм	Высота, мм	Обозначение конуса по ГОСТ 8682	
				центральная горловина	боковая горловина
КГУ-2-1-100-19/26-14/23	100	64 ± 1,5	115 ± 3,0	19/26	14/23
КГУ-2-1-250-29/32-19/26	250	85 ± 2,0	145 ± 3,0	29/32	19/26
КГУ-2-1-500-29/32-19/26	500	105 ± 2,0	175 ± 4,0	29/32	19/26
КГУ-2-1-1000-29/32-19/26	1000	131 ± 3,0	210 ± 4,0	29/32	19/26
КГУ-2-1-2000-29/32-19/26	2000	166 ± 3,0	260 ± 4,0	29/32	19/26

- Колбы изготовлены по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
- Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (\_\_\_\_\_), из медицинского стекла по ГОСТ 19808 (\_\_\_\_\_) или из другого стекла, соответствующего по физико-химическим свойствам стеклу по ГОСТ 21400 (\_\_\_\_\_).
- Номинальная вместимость в обозначении и наименовании колб является условной.
- Тип КГУ-2 – круглодонные с двумя горловинами, расположенными под углом. Исполнение 1 – с взаимозаменяемыми конусами.

**3. Упаковывание, транспортирование и хранение**

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

**4. Требования безопасности**

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

**5. Сведения об утилизации**

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

**6. Гарантии изготовителя**

Изготовитель: ООО «Минимед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.  
Изготовитель гарантирует соответствие колбы круглодонной с 2-мя горловинами требованиям ТУ 9464-019-29508133-2015 и ГОСТ 25336-82 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**7. Свидетельство о приемке**

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.