

Общество с Ограниченной Ответственностью «БИОСКАН»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1851/1218G

Полоски индикаторные
для определения глюкозы в моче

БИОСКАН - ГЛЮКОЗА

Серия № 1851G изготовлена в декабре 2018 г. в количестве 3000 наборов (100 полосок в одном наборе), срок годности – два года, до 31 декабря 2020 г.

Результаты контроля на соответствие ТУ 9398-007-33020495-2006:

чувствительность сенсорного элемента	развитие светло-зеленой окраски при использовании контрольного раствора глюкозы с концентрацией 0,1 %.	п.п. 4.2.3.1 ТУ
время выхода сенсорного элемента на соответствующую окраску, сек., не более	120 сек. при использовании контрольного раствора глюкозы с концентрацией 2,0 %.	п.п. 4.2.3.2 ТУ
показатели правильности определения	развитие окраски, совпадающей с соответствующими полями цветной шкалы, при использовании: (1) контрольных растворов глюкозы с концентрациями 0,1, 0,5, 1,0 и 2,0 %;	п.п. 4.2.3.3 ТУ
	(2) контрольных растворов глюкозы, содержащих: (а) 0,1% глюкозы и 0,05% аскорбиновой кислоты (Витамина С) и (б) 0,5% глюкозы и 0,05% аскорбиновой кислоты.	п.п. 4.2.3.4 ТУ

Полоски индикаторные для определения глюкозы в моче **БИОСКАН-ГЛЮКОЗА** (Код ОКП 93 9816) серии № 1851G соответствуют ТУ 9398-007-33020495-2006

Начальник ОТК
ООО «БИОСКАН»



/Ечмаева Т.А./