АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1851/1218К

Индикаторные полоски
для определения кетонов в моче

БИОСКАН – КЕТОНЫ

Серия № 1851К изготовлена в декабре 2018 г. в количестве 1000 наборов (100 полосок в одном наборе), срок годности - два года, до 31 декабря 2020 г.

Результаты контроля на соответствие ТУ 9398-013-33020495-2008:

чувствительность сенсорного элемента	развитие светло-розовой окраски при использовании контрольного раствора ацетоуксусной кислоты с концентрацией 1 ммоль/л.	п.п. 4.2.3.1 ТУ
время выхода сенсорного элемента на соответствующую окраску, сек., не более	120 сек. при использовании контрольного раствора ацетоуксусной кислоты с концентрацией 10 ммоль/л.	п.п. 4.2.3.2 ТУ
показатели правильности определения	развитие окраски, совпадающей с участками цветной шкалы, при использовании контрольных растворов ацетоуксусной кислоты с концентрациями 0.5, 1, 4 и 10 ммоль/л.	п.п. 4.2.3.3 ТУ

Индикаторные полоски для определения кетонов в моче БИОСКАН-КЕТОНЫ (Код ОКП 93 9816) серии № 1851К, соответствуют ТУ 9398-013-33020495-2008.

Начальник ОТК
ООО «БИОСКАН» /Ечмаева Т.А./