МиниМед®
поставщик лабораторий

Паспорт

Дозатор к прибору Флоринского
ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначен для использования в составе прибора Флоринского в качестве резервуара для реактивов, на котором фиксируются 10 пипеток соответствующего объема.

2. Основные технические характеристики

1. Дозатор к прибору Флоринского изготовлен по ТУ 4320-012-29508133-2009.
2. Изготовлен из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.
3. Габаритный размер, мм не более – (360 ± 10,0) × (30 ± 2,0).
4. Количество гнезд – 10 шт.
5. Диаметр гнезд, мм – 10 ± 0,1.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно. Стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие дозатора к прибору Флоринского требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК **Грузинцев С.А.**

Общество с ограниченной ответственностью «МИНИМЕД» ИНН 3234007127 г. Брянск