МиниМед®
поставщик лабораторий

АРТАСА

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Дистрибьютор в РФ и странах СНГ: ООО «МиниМед», Россия

# Технический паспорт

## Зонд-тампон для отбора, транспортировки, и хранения биологических проб, вискоза+ пластик, нестерильные

Код изделия производителя: **6100** Артикул поставщика: **18000757**

### Описание

Одноразовый зонд-тампон на пластиковом основании с вискозным наконечником, нетоксичный, устойчив к резким колебаниям температуры. Клей, используемый для фиксации вискозного наконечника, нетоксичен. Нестерильно, упаковка 100 штук. Зонд-тампон не содержит опасные вещества из списка ECHA. Не содержит латекс.

***CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 93/42/CE и Директивой 2007/47/EC.***

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Микробиологический статус** | Нестерильно |
| **Материал основания** | Полистирол |
| **Материал наконечника** | 100 % Вискоза согласно Европейской Фармакопее |
| **Общая длина зонда-тампона** | 148 ± 2 мм |
| **Размеры основания** | Длина: 146 ± 1 мм; Ø: 2,5 ± 0,1 мм |
| **Размеры наконечника** | Ø: 5-6 мм; длина: 15 ± 2 мм |
| **Срок годности** | 5 лет |

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

**Не является легко воспламеняемым/Не подвержен коррозии**

### Назначение

Медицинское изделие (I Класс, нестерильно, Инвазивные изделия временного применения) предназначено для отбора биологических проб. **Только для профессионального использования.** ***Национальная классификация медицинских изделий (CND-для итальянского законодательства) – M010103 (Ватные тампоны)***.

### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при нормальной температуре.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

### Меры предосторожности

1. Следуйте правилам асептики при работе с изделием.
2. Каждая проба потенциально содержит инфекционные микроорганизмы и поэтому должны применяться необходимые меры безопасности. После использования все зонд-тампоны должны быть утилизированы в соответствии с требованиями лабораторий в отношении инфекционных материалов.
3. Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации.
4. Не нажимайте сильно на зонд-тампон при отборе пробы, так как пластиковое основание может легко сломаться.
5. Фиксация наконечника к основанию протестирована на кратковременный контакт, при более длительном контакте зонда-тампона с зоной отбора волокна могут отделиться волокна.
6. Если зонд-тампон подвергается химической или физической стерилизации, или микро-биостатическому процессу, его нормальное функционирование может быть нарушено.

### Ухудшение качества изделия

Не использовать при повреждении или загрязнении. Не использовать по истечении срока годности.

### Контроль качества

Всё сырьё, составные части и каждая партия готовых изделий приходят тщательную проверку качества на соответствие требованиям.

### Упаковка

Количество (шт.): 4000 Внутренняя упаковка (шт.): 100 Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 28,5×19,1×19,4 Вес (кг): 2,4 Объем ($м^3$): 0,011