ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ®

ШТАТИВЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ПРОБИРОК ШЛПП-20 (20-гнездный)

ТУ 9452-156-05519988-2006

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 22.08.2016 г. № ФСР 2011/11883

Этикетка 3872.6.156.002 ЭТ

Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП(в дальнейшем-штатив)предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средами,культурами бактерий и реактивами.

Штатив предназначен для применения в лечебно-профилактических учреждениях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Штативы соответствуют техническим условиям ТУ 9452-156-05519988-2006 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска_____ ОТК К-05-12

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации штативов - 1 год со дня продажи. Гарантийный срок хранения штативов - 3 года со дня изготовления.

Наименование и адрес производителя/ организация, принимающая претензии

ООО «Полимерные изделия» Россия,420021,Республика Татарстан,г.Казань, ул.Салиха Сайдашева,д.12
телефон/факс (843) 293-25-03, 278-23-05,
телефон 278-22-77
E-mail:info@polimizd.ru www.polimizd.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплект поставки штативов:

Наименование	Кол-во,шт
Штатив ШЛПП-20: корпус	1
основание	1
стойка	6
Эксплуатационная документация	
Этикетка3872.6.156.002 ЭТ	1

Детали штатива изготовлены:
корпус, основание - из полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ-12 ТУ 2243-176-00203335,
стойка - из полипропилена марки PP1500J ТУ 2211-136-05766801

Габаритные размеры штатива 20-гнездного -(247-4,6)x(68-1,9)x(80-1,9) мм.

Масса одного штатива-не более 0,2 кг.

Средний срок службы штативов - не менее двух лет.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Штативы подвергаются дезинфекции 6% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или ОСТ 301-02-205-99 или 3% раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-97 двухкратным протиранием салфеткой из бязи или марли с интервалом между протираниями 15 минут при температуре +18°С.

ХРАНЕНИЕ

Штативы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от -5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25°С.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Штативы не токсичны.
Утилизация должна проводиться по правилам, установленным СанПиН 2.1.7.2790-10"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"