



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Код ОКП 946460

Технические данные

Пробирка с наполнителем К₃-ЭДТА 0,25 мл, с пластиковой крышкой

1. Код производителя

GT210-001.

2. Описание

Пробирка изготовлена из полипропилена. На внутренние стенки пробирки нанесен К₃-ЭДТА.

3. Область применения

Предназначена для взятия капиллярной крови и доставки её в лабораторию для проведения анализов.

4. Используемый материал

№	Компонент	Материал
1	Пробирка	полипропилен
2	Крышка	полипропилен
3	Промежуточная упаковка	Пенопластовый штатив
4	Транспортная упаковка	Гофрированный картон + эстампная бумага

5. Размеры

Артикул	Код производителя	Наполнитель	Цвет крышки	Объем наполнения	Диаметр, мм	Высота, мм
12006390	GT210-001	К ₃ -ЭДТА	розовый	0,25 мл	10 ± 1,0	46 ± 1,0

6. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

7. Условия хранения

Изделие должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре ≤40°C и относительной влажности ≤80%.

8. Метод стерилизации

Этилен оксидом.

9. Срок годности

3 года.