

Паспорт

Кювета для билирубинометра «Билимет»

1. Назначение

Предназначена для использования в билирубинометре «Билимет».

2. Основные технические характеристики

1. Кювета изготовлена из стекла марки К-8.
2. Состоит из двух прямоугольных пластин размером 80×20 мм.
3. Центральная часть нижней пластины кюветы разделена желобками на 15 квадратов размером 5×5 мм.
4. Верхняя пластина имеет по бокам матовые поверхности.
5. Область спектра от 360 до 2500 нм.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Индивидуально упакована. Упаковка обеспечивает сохранность изделия при транспортировании. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения изделий - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.