

Паспорт

Пробирки медицинские полимерные по ТУ 9464-015-29508133-2014

Пробки для пробирок

1. Назначение

Предназначены для укупоривания различной лабораторной посуды.

2. Основные технические характеристики

Конус	Диаметр пробок, мм
10/19	10 ± 0,008
14/23	14 ± 0,01
19/26	19 ± 0,015
29/32	29 ± 0,015

1. Изготовлены из полиэтилена.
2. Дезинфекция изделий проводится в ёмкости с дезинфицирующим средством. Способы приготовления растворов, режим и условия применения, сроки использования согласуются с методическими указаниями по применению конкретного дезинфектанта (МУ 287-113).

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из пластика. При эксплуатации допускается использование диагностических перчаток одноразовых латексных или поливинилхлоридных.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель (юридический адрес): ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие пробок для пробирок требованиям ТУ 9464-015-29508133-2014 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Средний срок службы изделия не менее 3 лет. Средний срок сохраняемости не менее 4 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.