

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ**Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации
бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СтериМаг**

НРИМ.932719-003ПС

Код/типоразмер (мм):
ПБСП-СтериМаг
(крафт)50x170; 60x100; 75x100; 75x150; 80x150; 90x230;
90x250; 100x200; 100x240; 100x250; 100x320; 100x350;
110x200; 110x350; 115x200; 115x245; 115x270; 120x350;
130x380; 150x200; 150x245; 150x250; 150x280; 150x300;
150x400; 180x300; 200x250; 200x280; 200x300; 200x320;
200x330; 200x340; 200x350; 230x280; 230x380; 250x320;
250x350; 250x400; 270x350; 300x390; 300x450; 350x450;
350x500; 350x600; 370x370; 400x400; 400x500; 450x500;
490x610; 600x600Номер гос. регистрации:
№ ФСР 2010/08882
от 06.09.2017 г.
ТУ 9398-011-53262326-2010



Серийный выпуск.

Дату изготовления смотри на упаковке.

№ п/п	Показатели	Пункты требований ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Соответствие внешнего вида	1.2.2. 1.2.3., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8.	соответствует
2	Маркировка	1.4.5.	соответствует
3	Соответствие состава комплекту НТД	1.3.	соответствует
4	Проверка устойчивости /совместимости/ к факторам стерилизации	1.2.13.	соответствует
5	Проверка сохранности микробного барьера	1.2.14.	соответствует
6	Соответствие цветов начального, конечного состояний индикаторной метки	1.2.4.	соответствует
7	Срок годности при хранении:	60 месяцев с даты изготовления	соответствует

Заключение:

Продукция соответствует нормативным требованиям, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.

Отпуск разрешил
Начальник ХТУ

Воротницкая М.А.
Комплектацию в соответствии
с заказ - нарядом проверил
Начальник упаковочного участка

Нечаева И.Н.
Отпуск разрешил
Начальник производства

Хорев А.Е.