

Паспорт

Чаша выпарительная ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначена для выпаривания до сухого остатка жидкостей при температуре не выше 100°C в лабораторных условиях.

2. Основные технические характеристики

Обозначение диаметра, мм	Номинальная вместимость, мл	Наружный диаметр, мм	Высота, мм
60	70	60 ± 2,0	35 ± 1,0
90	215	90 ± 2,0	50 ± 1,0
120	560	120 ± 3,0	60 ± 2,0
150	1000	150 ± 3,0	80 ± 2,0

1. Чаша выпарительная изготовлена по ТУ 4320-012-29508133-2009.
2. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
3. С плоским дном.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие чаши выпарительной требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.