Дистрибьютор в РФ и странах СНГ: ООО "МиниМед", Россия

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Код ОКП 946460

Технические данные

Пробирка полимерная с наполнителями (зондом и транспортной средой STUART)

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

1. **Код производителя**
   GT207-502-8.
2. **Область применения**
   Предназначен для взятия образцов биологического материала, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение для проведения профессиональных лабораторных анализов.
3. **Используемый материал**

№	*Компонент*	*Материал*
1	Пробирка	ПП (полипропилен)
2	Пробка	ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)
3	Зонд (с наконечником)	Полипропилен+вискоза
4	Индивидуальная упаковка (блистер)	Ламинированная бумага + полиэтилен
5	Промежуточная упаковка	ПЭ (полиэтиленовый пакет)
6	Транспортная упаковка	Гофрированный картон + эстампная бумага

Состав транспортной среды STUART

Натрия глицерофосфат	10 г	Бактериальный агар	7,5 г
Кальция хлорид	0,1 г	Вода дистиллированная	1 л
Тиогликолят натрия	0,5 мл	pH 7,4 ± 0,2	
Цистеин гидрохлорид	0,5 мл		

В пробирке содержится 3-5 мл транспортной среды.

4. **Размеры**

Артикул	Код производителя	Транспортная среда	Размеры пробирки	Размеры зонда (без крышки)	Ø наконечника
18000742	GT207-502-8	Stuart	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм

5. **Серия**
   Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.
6. **Условия хранения**
   Хранить в сухом месте при температурах от +5 до +25 °С, не допускать замораживания!
7. **Срок годности**
   2 года.
8. **Метод стерилизации**
   Стерилизация гамма излучением.