

Kartell spA DIVISIONE LABWARE	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	Код производителя 262	Mod. AQ 001 От 25/09/2003

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наименование изделия	Основание круглое со стержнем
Назначение	На круглом основании со стержнем размещают штатив с кодом 265
Материал	Поливинилхлорид

РАЗМЕРЫ

Диаметр стержня	8 - 14 мм
Диаметр основания	230 мм

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CE маркировка	Отсутствует
Автоклавирование	Нет
Стерилизация	Излучением
Контакт с пищевыми продуктами	Неприменим

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Категория веществ	Пример	Концентрация, %	20°C	40°C	60°C
Неорганические кислоты	Серная кислота	98	B	C	-
Органические кислоты	Бензойная кислота	100	A	B	B
Спирты	Этанол	100	A	A	A
Альдегиды	Ацетальдегид	100	B	C	-
Неорганические основания	Гидроксид натрия	50	A	A	A
Органические основания	Анилин	100	A	B	C
Кетоны	Ацетон	100	-	-	-
Эфиры	Этилацетат	100	B	B	C
Галогенопроизводные углеводороды	Дихлорэтилен	100	C	-	-
Ароматические углеводороды	Бензол	100	B	C	-
Линейные углеводороды	Гексан	100	B	B	C
Супер растворители	Тетрагидрофуран	100	B	B	C

Обозначения:

- A: хорошая стойкость (отсутствие повреждений в течение 30 дней).
- B: достаточная стойкость (незначительные повреждения при контакте, которые могут носить временный характер).
- C: низкая стойкость (не допускается использование с химическими веществами, или возникает немедленное необратимое повреждение).

Данная информация носит справочный характер. Рекомендуется проводить предварительное тестирование на устойчивость.

УПАКОВКА

Коробка	1 шт.
---------	-------

Служба качества
Massimiliano Capitanio

Технический директор
Guido Borona

