

**Технический паспорт**  
**Штатив для пробирок Ø 30 мм, на 18 гнезд**

Код изделия производителя: **10437**

Артикул поставщика: **12005312**

**Описание**

Изготовлен из полипропилена, возможно автоклавирование, наращиваемый. Алфавитно-цифровая маркировка позволяет точно идентифицировать местоположение пробирки в штативе.

**Технические характеристики**

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полипропилен, обработанный тальком
Температурный диапазон	от -10°C до +121°C
Размеры	235×110×75 мм
Количество гнезд	18
Диаметр гнезд	30 мм
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»  
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

**Назначение**

Штатив для пробирок, как «Изделие общелабораторного применения», предназначен для установки пробирок, содержащих кровь и биологические жидкости, во время выполнения лабораторных исследований. *Изделие не имеет CE маркировки. Только для использования в профессиональных испытательных лабораториях.*

**Инструкция по эксплуатации**

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

**Упаковка**

Упаковка (шт.): 5

Вес (кг): 1,1

Объем (м<sup>3</sup>): 0,012

**Символы на упаковке**



Дата производства



Дата истечения срока годности



Номер партии